



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111, fax +420 545 222 728, www.cmi.cz



V 3136

TESTCOM – Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3136,
akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Hvožd'anská 3, 148 00 Praha 4; tel.: +420 271192158, e-mail: fsebek@cmi.cz

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 0120-CC-V0023-15

Žadatel: **APATOR METRA s.r.o.**
Havlíčková 919/24
787 64 ŠUMPERK, Česká republika

Výrobce: **APATOR METRA s.r.o.**
Havlíčková 919/24
787 64 ŠUMPERK, Česká republika

Výrobek: **Elektronický indikátor topných nákladů**

Typ: **E-ITN 30.xx**

S/N.: 3000120/1015; 3000128/1015

Základní parametry:	Vysílací výkon:	< 5 mW
	Kmitočtové pásmo:	868,7MHz – 869,2MHz
	Modulace:	GFSK
	Druh provozu:	wideband (simplexní provoz)
	Napájení:	3 VDC (Lithium battery)
	Teplotní rozsah použití:	+35°C do + 105°C

Tento certifikát potvrzuje

shodu

výše uvedeného výrobku s požadavky nařízení vlády 426/2000 Sb., příloha 4
(Směrnice EU 1999/5/ES, příloha IV)
a následujícími technickými předpisy (normami, specifikacemi):

- ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1;
- ČSN ETSI EN 301 489-1 V1.9.2; ČSN ETSI EN 301 489-3 V1.6.1;
- ČSN EN 60 950-1 ed.2:2006, +A1.:2010,+A2:2014,+A11:2009,+A12:2011,+Opr.1:2012
- ČSN EN 834:2014, kap. 6.13 *)

Základ posuzování:

- Certifikační schéma podle nařízení vlády 426/2000 Sb., příloha 4 (Směrnice EU 1999/5/ES, příloha IV)
- Certifikační systém je založen na přezkoušení výrobku a posouzení dokumentace.
- Standardy označené *) byly posouzeny nad rámec akreditace certifikačního orgánu.

Podkladem pro vydání tohoto certifikátu byly následující dokumenty:

- Závěrečná zpráva č. 0120-ZA-Z0023-15, vydaná TESTCOM–COV v Praze, která je jeho součástí.
- Pravidla pro nakládání s tímto certifikátem jsou uvedena na jeho druhé straně.

V Praze dne 4. prosince 2015




Ing. Miloš Prchlík
vedoucí TESTCOM – COV

Certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

Certifikát platí jen pro žadatele uvedeného v certifikátu a vztahuje se pouze na výrobek specifikovaný v certifikátu.

Držitel certifikátu je povinen odvolávat se pouze na ten rozsah certifikace, který je vyznačen na certifikátu.