

EU - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Typ zařízení: Vodoměr JS 90

2. Výrobce: **Apator Powogaz S.A.**

Adresa: ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznan
 Stát: Polsko
 Tel/fax: 48 (61) 8 418 101 / 48 (61) 847 01 92
 Adresa e-mail: sekretariat.powogaz@apator.com.

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na plnou odpovědnost výrobce.

4. Jednotokový suchoběžný vodoměr JS teplá a studená voda

Tepelná třída T90

DN15 Q3=1,6m³/h, 2,5m³/h a v poloze H: R=80,

DN20 Q3=2,5m³/h, 4m³/h a v poloze H: R=80, R=80

dle typu popsaného v certifikátu EU č. SK09-MI001-SMU 009 verze 4

vydaný 20. 09. 2019, platný do 20. 09. 2029

5. Popsaný vodoměr je shodný s příslušnými požadavky EU harmonizačních, právních předpisů:

Základní požadavky: Směrnice 2014/32/EC se dne 26.2.2014 ve věci harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dostupnosti na trhu měřicích přístrojů

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo příslušné normativní dokumenty, které byly použity nebo na jiné technické specifikace na jejichž základě se shoda prohlašuje:

Normy: EN 14154-1+A2:2011, EN 14154-2+A2:2011, EN 14154-3+A2:2011, OIML R 49-1:2006, OIML R 49-2:2004, OIML R 49-2:2006, OIML R 49-3:2006, STN 25 7821

7. Systém kvality výroby, kontroly finálního výrobku i testování vodoměrů (II modul D) byl schválen

Notifikovanou osobou 1781 SMU ve shodě se směrnicí 2014/32/EC

(Certifikát č. SK17-QD-SMU003 verze 0, vydaný 27. 10. 2017, platný do 26. 10. 2020)

8. Další informace:

Předseda Představenstva - Generální Ředitel


 Z UP. PREZESA ZARZĄDU
 KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Paweł Stachowiak
 Paweł Stachowiak

Poznan dne: 20.09.2019

Vydání: 6